

## INFORMACJA

Dnia 22.06.2017 r. poprawiono błędne logotypy umieszczone w zapytaniu ofertowym opublikowanym 12.06.2017.r.

Poza zmianą logotypów w zapytaniu ofertowym nie nastąpiły **żadne** inne zmiany, w związku z czym nie wydłuża się terminu składania ofert.

Pisarzowice, 22.06.2017 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/06/2017

w ramach działania 9.2 „Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne” Poddziałanie 9.2.6: „Rozwój usług zdrowotnych”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

### Tytuł projektu:

"Poprawa dostępności i efektywności usług medycznych poprzez utworzenie Domowego Ośrodka Rehabilitacji Środowiskowej (DORŚ) w Pisarzowicach."

### I. ZAMAWIAJACY:

Justyna Noculak-Moskał Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Rehabilitacja"  
43-330 Wilamowice  
Ul. I. Paderewskiego 15A

Osoba do kontaktu: Justyna Noculak-Moskał, tel. : 600 349 793

### II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych horyzontalnych oraz w Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

### III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

#### 1. Mobilny aparat do elektroterapii – 1 komplet

- Dwa całkowicie niezależne kanały zabiegowe
- Baza wbudowanych programów (min.69) i sekwencji zabiegowych (min.38)
- Statystyki przeprowadzonych zabiegów
- Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu
- 7" kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym
- Podręczna lista programów i sekwencji ulubionych
- Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie
- Dostępne prądy:

interferencyjne (dynamiczny, izoplanarny, jednokanałowy (AMF))

TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, burst)

TENS do porażeń spastycznych

Kotza / rosyjska stymulacja

tonoliza

diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP)

impulsowe (prostokątny, trójkątny)

impulsowe wg Traberta, Leduca, neofaradyczny

unipolarne falujące

galwaniczny

mikroprądy

CPV : 33158200-4 – Urządzenia do elektroterapii

## **2. Aparat do laseroterapii – 1 sztuka**

- Aparat do laseroterapii biostymulacyjnej współpracujący z aplikatorem: skanującym oraz prysznicowym i sondami punktowymi

- tryby emisji: ciągły i impulsowy

- jednostki chorobowe wybierane po nazwie

- Minimalnie:

30 programów dla sondy IR

20 programów dla sondy R

20 programów użytkownika

8 programów z częstotliwością Nogiera

30 programów z częstotliwością Volla

10 sekwencji dla sond punktowych

25 sekwencji dla aplikatorów skanujących

Kod CPV 33155000-1 – Przyrządy do fizykoterapii

## **3. Aparat do krioterapii – 1 sztuka**

- Elektroniczny, jezdny aparat do krioterapii z obudową na 10 litrową butlę CO<sub>2</sub>

- Automatyczny wybór dysz nadmuchowych, bez konieczności przełączania przewodu

- wyposażony w dwie dysze nadmuchowe,

- Dysze wyposażone w diodowy wskaźnik temperatury gazu

- Dysze posiadają system regulujący siłę nadmuchu strumienia gazu na tkanekę,

- Czynniki chłodzące: dwutlenek węgla CO<sub>2</sub> w butlach syfonowych

- Ciśnienie pracy [MPa]: 5-6

- Regulacja temperatury w zakresie co najmniej [°C]: od -65 do -75

- Czas pracy (mrożenia) [min] - butla 10 litrów (7,5 kg), dysza nr 3: 45

- Czas pracy (mrożenia) [min] - butla 10 litrów (7,5 kg) dysza nr 1: 120

Kod CPV - 33165000-4 - Przyrządy do kriochirurgii i krioterapii

#### **4. Urządzenie do masażu membranowego – 1 sztuka**

- Maksymalnie 6 niezależnych stref masujących
- Możliwość pracy wszystkich dysz jednocześnie
- Minimum 6 fabrycznych programów do masażu
- Możliwość zapisania i ustawienia programów użytkownika
- podświetlenie LED u podstawy
- wbudowany system chłodzenia składający się z trzech radiatorów żeberkowych oraz wentylatorów, pozwalający na ciągłą pracę urządzenia;
- system nie wymagający regularnego wymieniania ani uzupełniania medium chłodzącego
- system grzania wody, dający możliwość przygotowania urządzenia do pracy na określoną godzinę
- dotykowy panel sterujący
- opcja zamontowania czytnika kart, umożliwiającego łatwiejsze sprzedawanie zabiegów

Kod CPV 33155000-1 – Przyrządy do fizykoterapii

#### **5. Wielostanowiskowe urządzenie do ćwiczeń typu atlas – 1 sztuka**

- 4-stanowiskowy
- 4 urządzenia dla osób ćwiczących: butterfly (stos 100 kg), wypychanie dźwigni (stos 120 kg), wyciąg pionowy, zginanie/prostowanie nóg, twister, ławka
- Wymiary max: 3 x 3,3 x 2,2 m

Kod CPV: 37440000-4 – Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

#### **6. Wózek inwalidzki - 1 sztuka**

- Szerokość całkowita: 57–67 cm
- Maksymalne obciążenie min.: 115 kg
- Szerokość po złożeniu max: 30 cm
- pas dla użytkownika
- podłokietniki z funkcją uchylania
- hamulec postojowy
- tylne koła pompowane o średnicy 24"
- przednie koła pełne gumowe o średnicy 8"
- aluminiowe ciągi
- szybkoszłączka – funkcja szybkiego demontażu kół
- uchylne podnóżki
- koła tylne pełne gumowe
- krótki podłokietnik
- podnóżki z regulacją kąta zgięcia
- hamulec dla osoby prowadzącej

*Wyposażenie:*

-taśma zabezpieczająca łydki

-pompka

-zestaw kluczy

Kod CPV: 33193100-0 Pojazdy inwalidzkie i wózki inwalidzkie

### **7. Balkonik - 1 sztuka**

- Wysokość od podłoża: 78-96 cm

- Waga max.: 2,4kg

- Maksymalne obciążenie min.: 100 kg

- wzmocniona aluminiowa rama

-dwie funkcje: statyczna i krocząca

-szerokie pole podparcia

-stabilny i długi zakres kroczenia

-miękkie piankowe uchwyty

-regulowana wysokość nóg

-funkcja składania do transportu i przechowywania

-nóżka zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowymi

CPV: 33141720-3 Pomoce do chodzenia

### **8. Podpórka – 1 sztuka**

- Regulacja wysokości uchwytów: 77-88 cm

- Waga max. : 8,2 kg

- Maksymalne obciążenie min.: 110 kg

-lekka aluminiowa rama

-regulowane na wysokość rączki

-hamulce z zaciskiem postojowym

-tapicerowane siedzisko z oparciem

-uchwyt na kule

-koszyk na zakupy z możliwością demontażu

-koła o wąskim przekroju i średnicy 8"

-funkcja składania do transportu

Wyposażenie:

-koszyk na zakupy

-oparcie

CPV: 33141720-3 Pomoce do chodzenia

### **9. Kula inwalidzka łokciowa – 1 komplet**

- wytrzymały uchwyt
- ergonomiczny kształt
- odpowiednio dobrany kąt łokciowy, dzięki któremu rozłożona zostaje siła nacisku na uchwyt
- lekki aluminiowy anodyzowany trzon zakończony gumową nasadką
- Regulacja wysokości: 94-116 cm
- Wysokość od podłoża do uchwytu: 67-89 cm
- Waga: max. 0,55 kg
- Maksymalne obciążenie min.: 115 kg

CPV: 33141710-0 - Kule

#### **10. Kula inwalidzka pachowa – 1 komplet**

- regulowany uchwyt
- miękkie podparci pod pachę
- szeroki zakres regulacji
- ergonomiczny kształt
- lekki aluminiowy trzon z gumową nasadką
- Regulacja wysokości: 114-134 cm
- Maksymalne obciążenie min. : 100 kg
- Waga max : 0,8 kg

CPV: 33141710-0 – Kule

#### **11. Łóżko ortopedyczne wraz z materacami - 1 komplet**

Łóżko rehabilitacyjne sterowane elektrycznie:

- stalowa, wytrzymała rama malowana proszkowo
- 4-częściowe łamane łożo drewniane
- precyzyjne i trwałe siłowniki sterujące
- regulacja wysokości w zakresie od 40 do 81cm
- regulacja kąta zagłówka od 0o do 70o
- stabilne barierki boczne
- możliwość transportu pacjenta
- silikonowe uchwyty poprzeczek łoża
- wysięgnik z uchwytem w standardzie

Specyfikacja

Wymiar zewnętrzny max. 103x221cm

Maksymalne obciążenie min. 135kg

Regulacja wysokości 40-81cm

Regulacja zagłówka 0o do 70o

Materac 1.:

- z pianki poliuretanowej oraz pokrowca zapinanego na zamek.

- pokrowce z tkaniny paroprzepuszczalnej.
- Pianka pozwalająca na podtrzymanie pacjenta oraz odwzorowanie pozycji ułożeniowych.

Materac 2:

- Przeciwodleżynowy, bąbelkowy z pompą,
- przeznaczony jest do profilaktyki i wspomagania leczenia odleżyn
- budowa oparta na podzieleniu materaca na komory powietrzne pozwalająca na równomierne rozłożenie ciężaru ciała pacjenta, prawidłową wentylację (natlenienie i odprowadzenie wilgoci) oraz dzięki doskonałym właściwościom izolacyjnym powietrza – komfort temperaturowy.
- pompa do materaca w zestawie
- Materac pneumatyczny, zmiennociśnieniowy o konstrukcji bąbelkowej
- min. 130 komór (bąbelków) w układzie dwóch sekcji komór na przemian wypełnianych powietrzem
- Komory wypełniane powietrzem w cyklach co min. 12 minut
- Maksymalne waga użytkownika do 110 kg
- Zestaw do naprawy materaca (łatki i klej oraz bezpieczniki do pompy)
- Wykonany z PVC
- Wyłogi na końcach materaca pneumatycznego do podwinięcia pod materac sypialny
- Pompa z ręczną regulacją ciśnienia w materacu pozwala na jego dostosowanie do wagi użytkownika
- Zawieszki do mocowania pompy na łóżku;
- Produkt medyczny, atestowany.

Kod CPV: 33192110-6 Łóżka ortopedyczne

## **12. Orteza stanu kolanowego - 1 sztuka**

Cechy produktu:

- typ post-op
- dwie szyny regulowane na długość
- zegary typu ROM z regulacją zakresu ruchów zgięcia i wyprostu
- system pasów obwodowych regulowanych i zapinanych rzepami oraz sprzączkami
- skokowa regulacja czterech poziomów podparcia

Dane techniczne:

- Zakres ruchomości: Zgięcie: 0° - 120° (co 10°)
- Wyprost: -10° - 40° (co 10°)
- Szybka blokada statyczna: Zakres: 0° - 40° (co 10°)
- Regulacja długości: Zewnętrzna: 53 - 66,5 cm (co 1,5 cm) Wewnętrzna: 26,5 – 37 cm (co 1,5 cm)

Kod CPV: 33141700-7 Wyroby ortopedyczne

## **13. Rotor kończyn dolnych – 1 sztuka**

- rehabilitacyjny składany z licznikiem

Cechy produktu:

- obrotowe pokrętko z krótkim zakresem regulacji oporu
- pedały z pasami zabezpieczającymi stopę

- nóżki zakończone gumowymi antypoślizgowymi nakładkami
- licznik z funkcją liczenia pełnych obrotów w ciągu minuty, czasu przejazdu i spalonych kalorii

Dane techniczne:

Wymiary podstawy max.: 39,5 cm x 47 cm

Max obciążenie: 30 kg

Kod CPV 33155000-1 – Przyrządy do fizykoterapii

#### **14. Inhalator – 1 sztuka**

- kompresyjny
- Wydajność  $\geq 0,1$  ml/min
- Max ciśnienie kompresyjne  $\geq 0,15$  MPa
- Max przepływ  $\geq 10$  l/min
- Poziom hałasu  $\leq 65$  dB

Kod CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

#### **13. Rowerek rehabilitacyjny - 1 sztuka**

- 8 Stopniowa regulacja oporu
- Koło 4 kg
- Regulacja wysokości siedła
- Zapięcia na rzep przy pedałach
- Hand Plus
- wielofunkcyjny licznik : PULS, czas, dystans, kalorie, Scan, prędkość, ODO
- nośność min. 100 KG

Kod CPV: 33100000-1 Urządzenia medyczne

Termin realizacji zamówienia: nie dłuższy niż 8 tygodni od podpisania umowy z wykonawcą.

#### **IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:**

1. Złożona oferta powinna zawierać:
  - nazwę i adres oferenta,
  - datę sporządzenia,
  - opis oferowanych urządzeń wraz ze specyfikacją, potwierdzającą co najmniej parametry wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym,
  - wartość oferty (netto oraz brutto),
  - termin ważności oferty nie krótszy niż 60 dni od daty spływu oferty,
  - maksymalny czas realizacji zamówienia - nie dłuższy niż 8 tygodni od podpisania umowy z wykonawcą,
  - informacje na temat terminów i warunków płatności,
2. Oferta powinna zawierać Oświadczenie Oferenta dotyczące braku powiązań - Zgodnie z załącznikiem nr 1, o których mowa również w punkcie VII.1 niniejszego zapytania.
3. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

#### V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- Oferta powinna być przesłana:
  - drogą mailową na adres: [crpisarzowice@gmail.com](mailto:crpisarzowice@gmail.com) (decyduje data i godzina wpływu maila do skrzynki mailowej) lub
  - za pośrednictwem poczty polskiej / kuriera (decyduje data fizycznego wpływu oferty) na adres: Ul. Pańska 15A, 43-332 Pisarzowice

**Termin składania ofert upływa w dniu: 14.07.2017 r. o godz. 18.00.**

- Oferty dostarczone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
- Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę.
- Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie zamawiającego [www.centrumrehabilitacji-pisarzowice.pl](http://www.centrumrehabilitacji-pisarzowice.pl), a także rozesłano do min. 3 potencjalnych dostawców.

#### VI. OCENA OFERT: (PROPONOWANE KRYTERIA WYBORU OFERT)

- Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	Nazwa	Znaczenie	Sposób oceny oferty
1.	Cena całkowita netto*	80%	Punkty w ramach kryterium „cena całkowita netto” będą przyznawane wg następującej formy: $\text{Punkty przyznane ofercie} = \frac{\text{cena minimalna w zbiorze}}{\text{cena oferty rozpatrywanej}} \times 100 \times 80\%$
2.	Okres gwarancji w miesiącach	20%	Punkty w ramach kryterium „okres gwarancji w miesiącach” będą przyznawane wg następującej formuły: $\text{Punkty przyznane ofercie} = \frac{\text{gwarancja oferty rozpatrywanej}}{\text{gwarancja najwyższa w zbiorze}} \times 100 \times 20\%$

\* w przypadku oferty wyrażonej w walucie obcej do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień sporządzenia protokołu wyboru ofert.

- Rozpatrzeniu podlegać będą tylko oferty spełniające następujące wymagania:
  - nazwa i adres oferenta,
  - elementy składowe i określone parametry techniczne,
  - cena oferty netto i brutto (cena brutto nie dotyczy sprzedaży wewnątrzspółnotowej i spoza krajów UE),
  - okres gwarancji,
  - termin realizacji zamówienia.
- Braki formalne oferty oraz oczywiste omyłki będą mogły podlegać uzupełnieniu/wyjaśnieniu.
  - O możliwości uzupełnienia oferty Zamawiający poinformuje Oferenta drogą mailową po upływie terminu składania ofert określonym w punkcie V.1. W przesłanym mailu Oferent zostanie poinformowany o terminie złożenia uzupełnień/wyjaśnień. Termin ten nie będzie jednak dłuższy niż 2 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu wysłania wiadomości. Uzupełnienia złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę w ostatecznym wyborze Oferenta.
  - Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.
  - Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego
  - Zamawiający wykluczy z postępowania Oferenta, który nie wykaże spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie braku powiązań, o których mowa w pkt. VII ust. 1 niniejszego zapytania ofertowego.
- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem korespondencji mailowej, strony internetowej Zamawiającego funkcjonującej pod adresem [www.centrumrehabilitacji-pisarzowice.pl](http://www.centrumrehabilitacji-pisarzowice.pl).



5. Do obliczania ilości punktów w kryterium „okres gwarancji w miesiącach” brana będzie suma okresów gwarancji wszystkich urządzeń/ sprzętów.
6. Na każdą pozycję przedmiotu zamówienia można wskazać tylko 1 okres gwarancji.

## VII. INNE

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanim z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
  - e) pozostawaniu z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia procedury bez wyboru oferty lub odwołania niniejszego postępowania w przypadku:
  - wystąpienia niekorzystnych zjawisk ekonomicznych na rynku powodujących konieczność odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia,
  - gdy wartość oferty najkorzystniejszej jest wyższa od kwoty, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty:
  - a) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na dzień złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania zamówienia.
  - b) innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili złożenia oferty, tj.:
    - terminy i warunki realizacji zamówienia,
    - terminy montażu i odbioru dostarczonego przedmiotu zamówienia (Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń co do wytworzonego / dostarczonego przez Oferenta, w szczególności do jego parametrów technicznych i użytkowych).
    - terminy i warunki płatności,
    - inne okoliczności losowe.Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany oferty, Oferent zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z przedstawioną ofertą.

## ZAŁĄCZNIKI:

1. Oświadczenie o braku powiązań

.....  
(Podpis i pieczęć Zamawiającego)